

# 南消防署 救急資器材（備品関係）仕様書

## 第1 総則

### 1 適用

本仕様書は、吹田市消防本部（以下「当本部」という。）が、令和5年度消防車両更新事業に係る救急資器材（備品関係）の購入について適用する。

### 2 関係法規

この救急資器材は、本仕様書に定めるもののほか、「救急業務実施基準」第14条に定める要件に適合するものであること。

### 3 疑義

本仕様書に疑義が生じた場合は、当本部の指示を受け処置すること。

### 4 検査

納入時、当本部係員立合いのもとに次の検査を行い、適合しないものについては無償で取替えるものとする。

- (1) 外観検査
- (2) 付属品検査
- (3) 性能（機能）検査
- (4) その他必要な検査

### 5 納期・納入場所

納期は、令和6年3月29日（金）とし、納入場所については、当本部の指定する場所とする。

### 6 保証

保証期間は、納入後1か年とする。ただし、メーカーの公表する保証期間がそれ以上の場合はその期限までとする。また、設計不良及び材質不良等による不都合な箇所を発見の際は、無償にて取替え又は修理を行うこと。

### 7 提出書類

以下の書類を納入日当日に提出すること。

なお、令和5年12月15日（金）時点で未納入の場合は、同期日までに(2)を先に提出すること。

- (1) 納品書 1部
- (2) 納品内訳明細書 1部
- (3) 請求書 1部
- (4) 請求内訳明細書 1部

### 8 救急車両固定取付け品

下記資器材に関しては救急車両に取付けをするため、車両納入業者等と協力すること。また、下記資器材の重量表を作成し当本部に2部提出すること。

- (1) 旭化成ZOLL製 X Series AX-12CESN（付属品含む）
- (2) 旭化成ZOLL製 AED Pro AZ-ORAR 0110-4024（付属品含む）
- (3) パラパックプラス300NJ（付属品含む）
- (4) レルダルアクションユニット LSU4000（付属品含む）
- (5) オキシパックOX-III S（付属品含む）
- (6) ハイテクバックボード（モデル2010）（付属品含む）
- (7) スクープストレッチャー モデル65-EXL ピン付（付属品含む）

### 9 留意点

同等品以上を使用する場合は、質疑受付期間中に機種本体及び仕様を示す資料を当本部に提示し、当本部の承認を受けたものに限る。

10 問い合わせ先  
吹田市消防本部 警防救急室  
TEL 06(6193)1117  
FAX 06(6193)0101

## 第2 救命処置用資器材

### 1 患者監視装置及び自動体外式除細動器

	品名	型式	数量
1	患者監視装置 自動体外式除細動器	旭化成ZOLL製 X Series AX-12CESN 内訳) 心電図誘導ケーブル (10 電極) -IEC レッドリデュースケーブル4×2 LNCS 成人用リデュースケーブル×2 LNCS 小児用リデュースケーブル×2 SurePower バッテリチャージャー (シングル) 12 誘導心電図シミュレータ	1 式
2	現場携行用 自動体外式除細動器	旭化成ZOLL製 AED Pro AZ-ORAR 0110-4024 (音声記録あり) AEDPro 心電図ケーブル I E C	1 式
3	心電図波形データ管理資器材	<p>1 本体 ノートパソコン</p> <p>※心電図解析が出来るもの 持ち運びが容易であること 心電図解析ソフトが快適に作動すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Panasonic製 let's note SVシリーズ CF-SV2DSJCP</li> <li>CPU : インテル® Core™ i7-1195G7 プロセッサ</li> <li>メモリ : 32GB (LPDDR4x SDRAM、拡張スロットなし)</li> <li>ストレージ : 約2TB SSD (PCIe)</li> <li>光学ドライブ : ブルーレイディスクドライブ内蔵、DVDスーパーマルチドライブ機能/バッファアンダーランエラー</li> <li>OS : Windows 11 Pro</li> <li>ディスプレイ : 12.1型 1920×1200ドット (WUXGA)</li> <li>Bluetooth : v5.1 搭載</li> <li>バッテリー : 駆動時間 : 約19.5時間 [付属バッテリーパック (L) 装着時] 充電時間 : 最大3時間 (電源オフ時) / 最大3時間 (電源オン時)</li> <li>本体サイズ : 幅283.5mm×奥行203.8mm×高さ24.5mm 約1.169kg [付属バッテリーパック (L 約355g) 装着時]</li> <li>付属ソフト : Microsoft Office Home &amp; Business 2021</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・除細動レポート表示ソフトウェアQP-551V</li> <li>・ルールダル (フィリップ) イベントレビューEvent Review</li> <li>・その他動作に必要なもの : バッテリーパック [L] ACアダプター 取扱説明書</li> </ul> <p>2 付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・マルチメモリーカードリーダーライター</li> <li>・let's note SVシリーズ用 保護フィルム</li> <li>・外付けHDD 1TB以上 (外部電源不要なもの)</li> <li>・ワイヤレスマウス</li> <li>・プリンターへの接続コード</li> </ul> <p>3 備考 上記の機器の性能及びソフトのバージョンについては、納品時における最新のものとする。</p>	1 式

2 気道確保用資器材一式

	品名	型式		数量	
1	喉頭鏡	ブレード7種類	マッキントッシュ型 大(No. 4)	1本	1式
			マッキントッシュ型 中(No. 3)	1本	
			マッキントッシュ型 小(No. 2)	1本	
			リデュースドフランジ型(No. 4)	1本	
			リデュースドフランジ型(No. 3)	1本	
			リデュースドフランジ型(No. 2)	1本	
			ミラー型 極小(No. 0)	2本	
		ハンドル	LEDスタンダード	1本	
			LEDスタビー	1本	
		収納ケース			
2	エアーウェイスコープ	AWS-S200NK		1式	

### 第3 その他資器材

#### 1 観察用資器材

	品名	型式	数量
1	耐震動血圧計	デュラショック血圧計 DS58 ハンド型 カフ 成人用大、成人用、小児用、乳児用 各1個 収納ケース 1個	1式
2	自動血圧計	テルモ エレマーノ2 血圧計 Mサイズ付) (腕帯ナイロン Mサイズ)	1式
3	パルスオキシメータ	日本光電製 OXYPAL S	1式

#### 2 呼吸・循環管理用資器材

	品名	型式	数量
1	携帯用酸素人工呼吸器	パラパックプラス300NJ 1.5Mホースxミニカプラ付 P300NJ-05 パラパックプラスディスプレイポータブル呼吸回路内圧モニタ付 10本入	1式
		流量計付減圧弁 FLW2 (BE-1007-015) 黒ハンドル	2式
2	吸引器	レールダクシオンユニット LSU4000 再使用型キャニスタータイプ 付属品 ショルダーストラップ×1本、ACプラグ (サイドポーチ×1個、エアゾールフィルター10個 フロート球10個入り×1)	1台
3	ガスサブライバルブ	蘇生バッグ用酸素吸入器 (ファーノ社製 接続アダプター2個付)	1式
4	救急車定置型酸素吸入装置オキシパック	オキシパックOX-III S (付属品等含む) アダプター川重P型 (2個) 含む	1式

#### 3 創傷等保護用資器材

	品名	型式	数量
1	全脊柱固定用資器材	ファーノ社製 ヘッドイモビライザー頭部固定具 (モデル445)	2組
		ハイテクバックボード (モデル2010)	1枚
		バックボードストラップ (モデル436-I)	5本
2	陰圧式固定器具	モデルAS190 バキュームスプリントセット	1式

#### 4 保温・搬送用資器材

	品 名	型 式	数 量
1	布担架	ターポリン型 2 m×70 cm (取手6肩掛ベルト有×2)	3枚
2	スクープスト レッチャー	モデル65-EXL ピン付	1台
		モデル445-S ヘッドイモビライザー	2式
		スクープ エキスパンダーキット	2式

#### 5 その他の資器材

	品 名	型 式	数 量
1	リングカッター	本体 (OS-I型)	1個
		替刃 (ダイヤモンド粒子)	8枚
2	プライバシーシート	クイックシールド・neo (名入れ 「吹田市消防本部」)	1組
3	救出用担架	メガムーヴァー1500	2枚
4	防毒マスク	3M 6800DIN面体	3個
5	骨伝導イヤホン	Shokz Open Comm 骨伝導イヤホン通話専用	4個

以上

# 北消防署 救急資器材（備品関係）仕様書

## 第1 総則

### 1 適用

本仕様書は、吹田市消防本部（以下「当本部」という。）が、令和5年度消防車両更新事業に係る救急資器材（備品関係）の購入について適用する。

### 2 関係法規

この救急資器材は、本仕様書に定めるもののほか、「救急業務実施基準」第14条に定める要件に適合するものであること。

### 3 疑義

本仕様書に疑義が生じた場合は、当本部の指示を受け処置すること。

### 4 検査

納入時、当本部係員立合いのもとに次の検査を行い、適合しないものについては無償で取替えるものとする。

- (1) 外観検査
- (2) 付属品検査
- (3) 性能（機能）検査
- (4) その他必要な検査

### 5 納期・納入場所

納期は、令和6年3月29日（金）とし、納入場所については、当本部の指定する場所とする。

### 6 保証

保証期間は、納入後1か年とする。ただし、メーカーの公表する保証期間がそれ以上の場合はその期限までとする。また、設計不良及び材質不良等による不都合な箇所を発見の際は、無償にて取替え又は修理を行うこと。

### 7 提出書類

以下の書類を納入日当日に提出すること。

なお、令和5年12月15日（金）時点で未納入の場合は、同期日までに(2)を先に提出すること。

- (1) 納品書 1部
- (2) 納品内訳明細書 1部
- (3) 請求書 1部
- (4) 請求内訳明細書 1部

### 8 救急車両固定取付け品

下記資器材に関しては救急車両に取付けをするため、車両納入業者等と協力すること。また、下記資器材の重量表を作成し当本部に2部提出すること。

- (1) 旭化成ZOLL製 X Series AX-12CESN（付属品含む）
- (2) 旭化成ZOLL製 AED Pro AZ-ORAR 0110-4024（付属品含む）
- (3) パラパックプラス300NJ（付属品含む）
- (4) レルダルक्षणユニット LSU4000（付属品含む）
- (5) オキシパックOX-III S（付属品含む）
- (6) ハイテクバックボード（モデル2010）（付属品含む）
- (7) スクープストレッチャー モデル65-EXL ピン付（付属品含む）

### 9 留意点

同等品以上を使用する場合は、質疑受付期間中に機種本体及び仕様を示す資料を当本部に提示し、当本部の承認を受けたものに限る。

10 問い合わせ先  
吹田市消防本部 警防救急室  
TEL 06(6193)1117  
FAX 06(6193)0101

## 第2 救命処置用資器材

### 1 患者監視装置及び自動体外式除細動器

	品名	型式	数量
1	患者監視装置 自動体外式除細動器	旭化成ZOLL製 X Series AX-12CESN 内訳) 心電図誘導ケーブル (10 電極) -IEC レッドリデュースケーブル4×2 LNCS 成人用リデュースケーブル×2 LNCS 小児用リデュースケーブル×2 SurePower バッテリチャージャー (シングル) 12 誘導心電図シミュレータ	1 式
2	現場携行用 自動体外式除細動器	旭化成ZOLL製 AED Pro AZ-ORAR 0110-4024 (音声記録あり) AEDPro 心電図ケーブル I E C	1 式
3	心電図波形データ管理資器材	<p>1 本体 ノートパソコン</p> <p>※心電図解析が出来るもの 持ち運びが容易であること 心電図解析ソフトが快適に作動すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Panasonic製 let's note SVシリーズ CF-SV2DSJCP</li> <li>CPU : インテル® Core™ i7-1195G7 プロセッサー</li> <li>メモリ : 32GB (LPDDR4x SDRAM、拡張スロットなし)</li> <li>ストレージ : 約2TB SSD (PCIe)</li> <li>光学ドライブ : ブルーレイディスクドライブ内蔵、DVDスーパーマルチドライブ機能/バッファアンダーランエラー</li> <li>OS : Windows 11 Pro</li> <li>ディスプレイ : 12.1型 1920×1200ドット (WUXGA)</li> <li>Bluetooth : v5.1 搭載</li> <li>バッテリー : 駆動時間 : 約19.5時間 [付属バッテリーパック (L) 装着時] 充電時間 : 最大3時間 (電源オフ時) / 最大3時間 (電源オン時)</li> <li>本体サイズ : 幅283.5mm×奥行203.8mm×高さ24.5mm 約1.169kg [付属バッテリーパック (L 約355g) 装着時]</li> <li>付属ソフト : Microsoft Office Home &amp; Business 2021</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・除細動レポート表示ソフトウェアQP-551V</li> <li>・ルールダル (フィリップ) イベントレビューEvent Review</li> <li>・その他動作に必要なもの : バッテリーパック [L] ACアダプター 取扱説明書</li> </ul> <p>2 付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・マルチメモリーカードリーダーライター</li> <li>・let's note SVシリーズ用 保護フィルム</li> <li>・外付けHDD 1TB以上 (外部電源不要なもの)</li> <li>・ワイヤレスマウス</li> <li>・プリンターへの接続コード</li> </ul> <p>3 備考 上記の機器の性能及びソフトのバージョンについては、納品時における最新のものとする。</p>	1 式

2 気道確保用資器材一式

	品 名	型 式		数 量	
1	喉頭鏡	ブレード7種類	マッキントッシュ型 大(No. 4)	1本	1式
			マッキントッシュ型 中(No. 3)	1本	
			マッキントッシュ型 小(No. 2)	1本	
			リデュースドフランジ型(No. 4)	1本	
			リデュースドフランジ型(No. 3)	1本	
			リデュースドフランジ型(No. 2)	1本	
			ミラー型 極小(No. 0)	2本	
		ハンドル	LEDスタンダード	1本	
			LEDスタビー	1本	
		収納ケース	2個		
2	エアーウェ イスコープ	AWS-S200NK		1式	

### 第3 その他資器材

#### 1 観察用資器材

	品 名	型 式	数 量
1	耐震動血圧計	デュラショック血圧計 DS58 ハンド型 カフ 成人用大、成人用、小児用、乳児用 各1個 収納ケース 1個	1式
2	自動血圧計	テルモ エレマーノ2 血圧計 Mサイズ付) (腕帯ナイロン Mサイズ)	1式
3	パルスオキシメータ	日本光電製 OXYPAL S	1式

#### 2 呼吸・循環管理用資器材

	品 名	型 式	数 量
1	携帯用酸素人工呼吸器	パラパックプラス300NJ 1.5Mホースxミニカプラ付 P300NJ-05 パラパックプラスディスプレイポータブル呼吸回路内圧モニタ付 10本入	1式
		流量計付減圧弁 FLW2 (BE-1007-015) 黒ハンドル	2式
2	吸引器	レールダクションユニット LSU4000 再使用型キャニスタータイプ 付属品 ショルダーストラップ×1本、ACプラグ (サイドポーチ×1個、エアゾールフィルター10個 フロート球10個入り×1)	1台
3	ガスサブライバルブ	蘇生バッグ用酸素吸入器 (ファーノ社製 接続アダプター2個付)	1式
4	救急車定置型酸素吸入装置オキシパック	オキシパックOX-III S (付属品等含む) アダプター川重P型(2個)含む	1式

#### 3 創傷等保護用資器材

	品 名	型 式	数 量
1	全脊柱固定用資器材	ファーノ社製 ヘッドイモビライザー頭部固定具 (モデル445)	2組
		ハイテクバックボード (モデル2010)	1枚
		バックボードストラップ (モデル436-I)	5本
2	陰圧式固定器具	モデルAS190 バキュームスプリントセット	1式

#### 4 保温・搬送用資器材

	品 名	型 式	数 量
1	布担架	ターポリン型 2 m×70 cm (取手6肩掛ベルト有×2)	3枚
2	スクープスト レッチャー	モデル65-EXL ピン付	1台
		モデル445-S ヘッドイモビライザー	2式
		スクープ エキスパンダーキット	2式

#### 5 その他の資器材

	品 名	型 式	数 量
1	リングカッター	本体 (OS-I型)	1個
		替刃 (ダイヤモンド粒子)	8枚
2	プライバシーシート	クイックシールド・neo (名入れ 「吹田市消防本部」)	1組
3	救出用担架	メガムーヴァー1500	2枚
4	防毒マスク	3M 6800DIN面体	3個
5	骨伝導イヤホン	Shokz Open Comm 骨伝導イヤホン通話専用	4個

以上